

ПРОТОКОЛ

№ 4

за отваряне, разглеждане и извършване на подбор на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на тестове, реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория на „МБАЛ"Св.Иван Рилски"-Разград" АД по периодични заявки" в частта по обособена позиция №15 „Затворена система за вземане на кръв“

Днес, 22.10.2020 год., в 10:00 часа, комисия, назначена със Заповед № Зап-227/09.10.2020 год. на Изпълнителния директор на „МБАЛ„Св.Иван Рилски"-Разград"АД, в състав:

Председател : Д-р Любомира Русанова-Йоргакиева- лекар ординатор в Клинична Лаборатория;

Членове:

1. Михаил Мичев- старши клиничен лаборант в клинична лаборатория в МБАЛ „Св.Иван Рилски“ – Разград“ АД;
2. Юлиан Стойчев- ръководител направление „Икономически дейности“ и главен счетоводител в МБАЛ „Св.Иван Рилски“ – Разград“ АД;
3. Пламена Николаева- главна мед. сестра в МБАЛ „Св.Иван Рилски“ – Разград“ АД;
4. Виктор Викторов- юрисконсулт в МБАЛ „Св.Иван Рилски“ – Разград“ АД.

се събра на свое заседание в Библиотеката на третия етаж на административната сграда в Централен корпус на „МБАЛ "Св.Иван Рилски"-Разград" АД в гр.Разград, ул."Коста Петров"№ 2, за да разгледа и оцени техническите предложения на постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка за доставка, чрез открита процедура, по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка на тестове, реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория на „МБАЛ"Св.Иван Рилски"-Разград" АД по периодични заявки" в частта по обособена позиция №15 „Затворена система за вземане на кръв“

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита с Решение № Зап-106 от 19.05.2020 год. на Изпълнителния директор на „МБАЛ"Св.Иван Рилски"-Разград" АД. Обществената поръчка е заведена в Регистъра на обществените поръчки с ун.№ 00757-2020-0007.

В изпълнение на **Решение №768/ 01.10.2020 год. на КЗК**, с което е отменено **Решение № ЗАП-179/29.07.2020 год.** за обявяване на класиране и определяне на изпълнител в частта му по ОП №15 от горепосочената поръчка като незаконосъобразно и връща преписката за продължаване на процедурата на етап „разглеждане на техническите предложения“ на участниците.

Комисията възобнови своята работа като се запозна детайлно с **Решение №768/ 01.10.2020 год, на КЗК** и след това пристъпи към повторно разглеждане и проверка на Техническите предложения на участниците.

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническите предложения от допуснатите оферти на участниците, съгласно указанията в решението на КЗК.

1. „Медицинска техника Инженеринг“ ООД- Комисията прегледа „Предложение за изпълнение на поръчката“ за офериранията от него обособена позиция №15, както и приложените документи към него. За същата са предоставени и мостри според изискванията за всеки артикул от обособената позиция. Комисията отвори плика и разгледа мострите без те да бъдат употребявани или да бъде нарушена тяхната цялост. От огледа се установи, че същите отговарят на изискванията на Възложителя записани в техническата спецификация.

За всички оферирани артикули от обособената позиция Комисията констатира съответствие с изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и документацията на поръчката. Техническото предложение от офертата на „Медицинска техника Инженеринг“ ООД, с Вх.№ РД-810/25.06.2020 год., съдържа всички необходими документи, с необходимите в тях данни и информация и в определените от Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от Документацията за участие в процедурата и предложението на участника е в съответствие с поставените изисквания, вкл. със задължителните изисквания на Възложителя в Техническата спецификация.

2. Председателят на комисията обяви направените от участника „Алфа Ориндж“ ООД, предложения в документите по образец - „Предложение за изпълнение на поръчката“ за офериранията от него обособена позиция №15.

Комисията констатира, че Техническото предложение от офертата на „Алфа Ориндж“ ООД, с Вх.№ РД-811/25.06.2020 год., съдържа всички необходими документи, с необходимите в тях данни и информация и в определените от Възложителя форма и вид, съгласно изискванията от Документацията за участие в процедурата и предложението на участника е в съответствие с поставените изисквания, вкл. със задължителните изисквания на Възложителя в Техническата спецификация. За №15 са предоставени и мостри според изискванията за всеки артикул от обособената позиция. Комисията отвори плика и разгледа мострите без те да бъдат употребявани или да бъде нарушена тяхната цялост. От огледа се установи, че същите отговарят на изискванията на Възложителя записани в техническата спецификация.

3. Комисията направи повторен преглед на „Техническо Предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция №15 „Затворена система за вземане на кръв“ на участника „Химтекс“ ООД. За №15 са предоставени и мостри според изискванията за всеки артикул от обособената позиция. Комисията отвори плика и разгледа мострите без те да бъдат употребявани или да бъде нарушена тяхната цялост. От огледа се установи, че същите не отговарят на изискванията на Възложителя записани в техническата спецификация.

Несъответствия са установени за номенклатурни единици № 10, № 11, № 12, № 13, № 14 и № 15 от обхвата на обособена позиция № 15, същите не отговарят на минималните технически и функционални изисквания, заложи в техническата спецификация на възложителя и в частност -вакуумните епруветки са с капачка с мека мембрана и нямат луер конус, поради което не могат да се ползват с обикновена болнична игла (тип луер канюла) безадаптер/холдер при единично вземане на материал.

От представените мостри я каталог на производителя е видно още едно несъответствие за номенклатурна единица № 8 -Обезопасени ланцети-педиатрични. Те следва да са с размер G 23, но предложените от участника ланцети са с размери 18G, 21 G, 26 G и 28G, съответно не отговарят на изискуемия размер.

Комисията констатира, че Техническото предложение от офертата на „Химтекс“ ООД, с Вх.№ РД-814/26.06.2020 год. по обособена позиция №15 „Затворена система за вземане на кръв“, не не удовлетворява изискванията заложи в техническата спецификация на документацията от

Възложителя. Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП участниците следва да се придържат точно към обявените от възложителя условия.

IV. С оглед гореизложеното, предвид установеното съответствие на техническото предложение в офертата на участника, съгласно чл.57 ал.1 и ал.3 от ППЗОП, комисията единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ :

1. Допуска участниците „Медицинска техника инженеринг“ ООД и „Алфа Ориндж“ ООД, до по-нататъшно участие в процедурата- оценка на ценовото предложение.

2. Предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника „Химтекс“ ООД, поради установено несъответствие на Техническото предложение по обособена позиция №15 „Затворена система за вземане на кръв“ на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

3. Предвид факта, че за обособена позиция №15 са подадени три оферти, съответно от участниците „Медицинска техника инженеринг“ ООД, „Химтекс“ ООД и „Алфа Ориндж“ ООД в хода на процедурата бяха отворени ценовите им предложения по обособена позиция №15 „Затворена система за вземане на кръв“ и те вече са известни на комисията не се налага да се публикува съобщение за отваряне на ценовите предложения по чл.57, ал.3, изр. първо от ППЗОП в профила на купувача в необходимия срок.

V. Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на ценовото предложение за обособена позиция №15 „Затворена система за вземане на кръв“ предложената от участника „Медицинска техника Инженеринг“ ООД обща стойност на позицията е 4,43 лв. без ДДС. Комисията установи, че ценовото предложение на участника отговаря на изискванията и условията на Възложителя- попълнени са правилно и всички суми са коректно изчислени и записани.

При повторно разглеждане и оценка на ценовото предложение за обособена позиция №15 „Затворена система за вземане на кръв“ на обща стойност 20 965,00 лв. без ДДС, на участника „Алфа Ориндж“ ООД бе констатирано несъответствие при изчисляването на общата сума за съответната позиция, за която участват. Комисията в изпълнение на своята задача, е длъжна стриктно да се придържа към утвърдената от възложителя документация и предвид горното е в обективна невъзможност да извърши оценка/в т.ч. преизчисляване на ценовото предложение/ на участника по отношение на горепосочената обособена позиция. Констатираното несъответствие, представлява неточност, която не би могла да бъде поправена по реда предвиден в закона, поради императивното разпоредба, че не може да се използва за промяна на ценовото предложение съгласно ЗОП и практиката на ВАС/КЗК. Констатираните несъответствия в настоящия протокол обективират грешка/порок при подготовката на ценовата оферта в обществената поръчка, в резултат на което комисията приема, че офертата не отговаря на предварително обявените условия на поръчката за обособена позиция №15.

VI. С оглед гореизложеното, на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП комисията взе следното:

РЕШЕНИЕ:

1. Предлага класираният на първо място участник „Медицинска техника инженеринг“ ООД с предложена обща стойност от **4,43 лв. без ДДС** за обособена позиция ОП №15 да бъде определен за изпълнител по същата.

2. Предлага на възложителя да отстрани от участие участника „Алфа Ориндж“ ООД за обособена позиция №15, за която участва в процедурата за възлагане на открита обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторни тестове и реактиви за нуждите на клинична лаборатория на „МБАЛ"Св.Иван Рилски"-Разград" АД" по периодични заявки”, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Председателят комисията в горепосочения състав, закри заседанието в 12:00 часа.

КОМИСИЯ:

Председател:..... чл. 37 от ЗОП
/ д-р Любомира Русанова-Йоргакиева /

Членове: 1..... чл. 37 от ЗОП
/ Михаил Мичев /

2..... чл. 37 от ЗОП
/ Юлиян Стойчев /

3..... чл. 37 от ЗОП
/ Пламена Николаева /

4..... чл. 37 от ЗОП
/ Виктор Викторов /