

Протокол № 2

от дейността на комисията, назначена със заповед № ЗАП-199 / 31 август 2020 (понеделник) на Изпълнителния директор на Многопрофилна Болница За Активно Лечение "Св.Иван Рилски" - Разград АД за провеждане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на рентгенова тръба за компютърен томограф „Somatom Emotion 16-Exel Edition SIEMENS” при условията на обратно изкупуване на дефектиралата тръба”, в съответствие с разпоредбите на чл.103, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и и чл.51, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки(ППЗОП).

Председател на оценителната комисия:

Малина Илиева- координатор сервиз медицинска апаратура в МБАЛ „Св.Иван Рилски“ – Разград“ АД;

Членове на оценителна комисия:

1. Атанас Тодоров- Началник Отделение по Образна диагностика в МБАЛ „Св.Иван Рилски“ – Разград“ АД

2. Виктор Викторов- юрисконсулт в „МБАЛ „Св.Иван Рилски“ – Разград“ АД;

3. Юлиян Стойчев- ръководител направление „Икономически дейности“ и главен счетоводител в МБАЛ „Св.Иван Рилски“ – Разград“ АД.

4. Пембе Юксел- старши рентгенов лаборант в Отделение по Образна диагностика в „МБАЛ „Св.Иван Рилски“ – Разград“ АД

се събра на свое второ заседание да изпълни задачата: Да разгледа, оцени и класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на рентгенова тръба за компютърен томограф „Somatom Emotion 16-Exel Edition SIEMENS” при условията на обратно изкупуване на дефектиралата тръба”, при спазване на изискванията ЗОП и условията, определени в документацията на обществената поръчка.

В изпълнение на решения по Протокол №1 от 31.08.2020 г., от нейно заседание, комисията продължи своята работа по разглеждане и проверка на Техническото предложение на участника „Сименс Хелткьър“ ЕООД.

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на участника „Сименс Хелткьър“ ЕООД. При проверка на документите по форма, респ.наличност, комисията констатира, че представеното от участника техническото предложение е изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39 ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, съгласно изискванията на документацията-т.2.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката Образец № 3 от т.2. „*Оферта, която включва*“, а именно:

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката, попълнено по образец, съдържащо следните приложения:

- Таблица за съответствието на предложените технически параметри с техническите изисквания на възложителя Образец №3А;

- Пълномощно № 042/16.09.2019 год.;

- Декларация за липса на свързаност с друг участник - по чл.101, ал.11 от ЗОП- по образец;

- Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. "д" от ППЗОП;

- ЕС Декларация за съответствие на предлаганата рентгенова тръба с Директива 93/42/ЕИО за СЕ маркировка- копие и в превод на български език;

- Декларация от производителя за съвместимост на предлаганата от участника рентгенова тръба с наличния в лечебното заведение Компютърен томограф Somatom Emotion 16 - Exel Edition SIEMENS- в оригинал и превод на български език;

- оторизационно писмо от производителя- в оригинал и превод на български език;

- Проспект на Компютърен томограф Somatom Emotion 16 - Exel Edition SIEMENS- в оригинал и превод на български език;

В резултат на представените необходими изискуеми документи, комисията приема, че от формална страна са изпълнени изискванията на възложителя и пристъпи към подробен преглед, анализ и изследване на информацията и посочените характеристики в техническото предложение на участника.

При подробното разглеждане не се констатира наличие на липси, непълноти и/или несъответствия, което комисията вписа в таблицата по-долу:

№ по ред	ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Посочените изисквания са задължителни	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА (попълва се от участника с конкретните характеристики на предлаганата рентгенова тръба)
1	2	3
	<p>Рентгенова тръба за КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ Somatom Emotion 16 - Exel Edition SIEMENS:</p> <p>а/ точно наименование на производителя : б/ марка на рентгеновата тръба : в/ модел на рентгеновата тръба: г/ година на производство:</p>	<p>Рентгенова тръба за КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ Somatom Emotion 16 - Exel Edition SIEMENS:</p> <p>а/Siemens Healthcare GmbH б/Siemens в/DURA 422 MV г/ 2020 год. или по-късна година в зависимост от датата на заявката за доставка на Възложителя.</p>
1.	Работни напрежения: 80, 110 и 130 KV	<p>ДА</p> <p>Работни напрежения: 80, 110 и 130 KV</p>
2.	Диапазон на тока на тръбата: 20 ÷ 345 mA	<p>ДА</p> <p>Диапазон на тока на тръбата: 20 ÷ 345 mA</p>
3.	Фокусно петно съгласно IEC 60336: 0,8 x 0,5 mm / 7°; 0,8 x 0,7 mm / 7°	<p>ДА</p> <p>Фокусно петно съгласно IEC 60336: 0,8 x 0,5 mm / 7°; 0,8 x 0,7 mm / 7°</p>
4.	Топлинен капацитет на анода: 5 MHI	<p>ДА</p> <p>5 MHI</p>
5.	Компютърно управлявано наблюдение на температурата на анода	<p>ДА</p>

След подробното разглеждане на техническото предложение на участника, Комисията единодушно взе:

РЕШЕНИЕ:

Участникът е изпълнил минималните изисквания на възложителя по отношение на покриване на технически изисквания, параметри и характеристика на обекта на бъдеща доставка - рентгенова тръба за компютърен томограф „Somatom Emotion 16-Exel Edition SIEMENS“ за нуждите на „МБАЛ „Св.Иван Рилски“ – Разград“ АД, в резултат на което го допуска до следващия етап, а именно отваряне на ценовото предложение.

Участникът ще бъде уведомен чрез съобщение на електронната платформа за обществени поръчки за часът и датата на отварянето на ценовото му предложение.

Председателят уведоми комисията в горепосочения състав, че следващото заседание ще бъде допълнително насрочено и закри работа на комисията в 12:05 ч.

Председател:

Инж. Малина Илиева..... чл. 37 от ЗОП

и

Членове:

1. Д-р Атанас Тодоров чл. 37 от ЗОП
2. Юлиан Стойчев..... чл. 37 от ЗОП
3. Виктор Викторов..... чл. 37 от ЗОП
4. Пембе Юксел чл. 37 от ЗОП

Дата: 04.09.2020 год.